



PT. DELTA INSTRUMENTASI

PORTO SQUARE Blok.E No.6 Kota Deltamas Cikarang Pusat - Bekasi. 17550
Tlp. 021-89970024 / Fax. 021-89970708 <http://www.deltainstrumentasi.com> - info@deltainstrumentasi.com



SNI ISO/IEC 17025 : 2017

Sertifikat Kalibrasi Calibration Certificate

Nama Alat <i>Instrument</i>	LIGHT METER	No. Sertifikat <i>Certificate No.</i>	S 26 003 368
Merk, Tipe <i>Manufacturer, Type</i>	KRISBOW, 10176594	Tanggal Order <i>Date of Order</i>	08-Jun-2026
Nomor Seri <i>Serial Number</i>	10176594-0045-0125	Tanggal Kalibrasi <i>Date of Calibration</i>	10-Jun-2026
Tempat Kalibrasi <i>Venue of calibration</i>	PT Delta Instrumentasi	Suhu Temp. : RH:	(23.6 ± 1.2)°C (57 ± 4)%RH
Pemilik <i>Owner</i>	PT. Elnusa, Tbk Warehouse Duri.		
Alamat <i>Address</i>	Jl. Rangau KM 3.5 Pematang Pudu, Kec. Mandau, Bengkalis - Riau		

Alat tersebut di atas dikalibrasi terhadap standar & kalibrator PT Delta Instrumentasi yang tertelusur ke SI, Pengukuran dilakukan berdasarkan metode dan prosedur internal dengan nomor referensi seperti tertera di bawah. Hasil kalibrasi dapat dilihat pada tabel di bawah, dan/atau pada lembar-lembar lampiran berikutnya. Hasil kalibrasi berupa koreksi alat pada penunjukan, M. Koreksi dinyatakan dalam nilai ekspektasi, y, dengan ketidakpastian U_{95} , yang merupakan ketidakpastian bentangan pada tingkat kepercayaan sekitar 95 %, dengan faktor cakupan $k = 2$.

Instrument stated above has been calibrated against standard & calibrator of PT Delta Instrumentasi traceable to SI. Measurement was carried out based on internal method and procedure as stated below. Calibration results can be found in the table below and/or in the following attachment(s). Calibration yield corrections of instrument at its reading, M. The correction is expressed as expected value, y, with its uncertainty, U_{95} , that represents expanded uncertainty at the confidence level of around 95 % at coverage factor of $k = 2$.

No Referensi Metode | *Method Ref No. :* TO-EM-8.01

Hasil Kalibrasi | *Calibration Result*
lihat lampiran | *see attachment(s)*

Nilai Koreksi UUT | *The Correction Value of UUT, K = Aktual Standard - UUT*

Hasil kalibrasi tertelusur ke SI melalui
Calibration result are traceable to SI through
LK 070 IDN
Menggunakan Lux Meter
Merk : Fluke, Tipe : 941
No. Sertifikat : S.25-2150

file: S 26 003 368.ext

Sertifikat ini mempunyai 1 lampiran
This certificate has 1 attachment(s)
Cikarang, 18 Juni 2026
Disetujui oleh | *Approved by*

P (Amin Gunawan, BSc.MBA)
Approve Signatory

PT Delta Instrumentasi

Lampiran Data Kalibrasi Calibration Data Attachment

untuk
for

Nomor Sertifikat
Certificate No.
lembar lampiran ke
attachment sheet

S 26 003 368

1 dari 1
of

Range		Set Point		Aktual Standar Actual Standard		Penunjukan UUT UUT Reading		Koreksi Correction		Ketidakpastian Uncertainty	
400	lx	50	lx	62.3	lx *	52.6	lx	9.7	lx	3.0	%
		100		123.8		106.1		17.7		3.0	
		150		185.7		158.0		27.7		3.0	
		200		246.6		214.5		32.1		3.0	
		400		496		421		75		3.0	
4000	lx	600	lx	744	lx	634	lx	110	lx	3.0	%
		800		992		846		146		3.0	
		1000		1238		1064		174		3.0	
		1500		1860		1585		275		3.0	
		1900		2356		2047		309		3.0	

* Diluar Ruang Lingkup PT. Delta Instrumentasi

-- akhir data | end of data --



PT. DELTA INSTRUMENTASI

file: S 26 003 368.ext

- > Lampiran ini tidak berlaku jika terpisah dengan lembar pokoknya.
- > Tidak dibenarkan memperbanyak sebagian dari isi keseluruhan Sertifikat Kalibrasi.
- > Hasil memperbanyak Sertifikat Kalibrasi ini bukan dokumen resmi, kecuali diketahui oleh Lab. Kalibrasi PT. Delta Instrumentasi.